

Протокол №1
заседания Рабочей группы для формирования и согласования (утверждения)
технического задания по осуществлению закупок медицинского оборудования
Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника №2»

г. Улан-Удэ

26 мая 2021г.

Присутствовали:

Члены рабочей группы:

1. Борокшинова Нэли Петровна – заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ «СП №2»;
2. Тугарина Юлия Алексеевна – главный внештатный специалист стоматолог. Заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ «РСП».
3. Манданов Николай Леонидович – заведующий ортопедическим отделением ГАУЗ «СП №2»;
4. Цыдыпов Эрдэм Данзанович – инженер по медицинскому оборудованию ГАУЗ «СП №2»;
5. Нимаев Аюр Жаргалович – заведующий платным лечебно-профилактическим отделением ГАУЗ «СП №2»;
6. Дамбиева Туяна Цыден-Ешиевна – юристконсульт ГАУЗ «СП №2»;
7. Дондокова Валентина Васильевна – экономист ГАУЗ «СП №2».

Приглашены:

1. Киреенко Максим Сергеевич - сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия.

Отсутствовали: 1. Занданова Татьяна Васильевна – заведующая лечебным отделением №2 ГАУЗ «СП №2».

Общее количество голосов, которыми обладают члены Рабочей группы, составляет 8.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Рабочей группы, принимающие участие в заседании, составляет 7.

Кворум имеется.

Председатель заседания Рабочей группы – Н.П. Борокшинова

Секретарь заседания Рабочей группы – В.В. Дондокова.

Повестка дня:

1. Разработка и утверждения технического задания по осуществлению закупки Микроскопа биологического операционного Leica M320 (максимальная комплектация HI END).

Слушали:

Вступительное слово было предоставлено председателю рабочей группы Н.П. Борокшиновой. Затем прошло голосование за повестку дня Рабочей группы ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2».

Поступило предложение проголосовать за повестку дня.

Голосование: Борокшинова Н.П. – за « V », против « _ », воздержался « _ »;
Тугарина Ю.А. - за « V », против « _ », воздержался « _ »;

Утверждаю:
Главный врач
ГАУЗ «СП №2»

С.Д. Аюшеев

**Техническое задание
на поставку микроскопа биологического операционного Leica M320 (максимальная
комплектация HI END) для нужд Заказчика**

№	Наименование параметра	Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ
1. Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
1.3	Гарантийное обслуживание	Не менее 12 месяцев
2. Основные функциональные требования		
2.1	Микроскоп биологический операционный для применения в стоматологической практике	Наличие
2.1.1	Оптическая система с апохроматической коррекцией блока изменения увеличения и объектива.	Наличие
2.1.2	Оптическая стереобаза	Не менее 24 мм
2.1.3	Изменение увеличения	Пятиступенчатое увеличение кратностью от 3 до 22 крат
2.1.4	Окуляры	12,5х/17В (опционально 10х, 8,33х)
2.1.5	Объектив мультифокальный, позволяющий проводить фокусировку в диапазоне рабочего расстояния	Рабочее расстояние Не более 200–300 мм
2.1.6	Диаметр поле зрения	Не менее 66 мм
2.1.7	Фокусная регулировка осуществляется поворотом ручки, ручка вращается на 360°. Для удобного расположения ручку можно расположить под левую/правую руку	Наличие
2.1.8	Двойной светодиодный осветитель с увеличенным сроком службы до 50 000 часов	Соответствие
2.1.9	Осветитель, встроенный в оптический блок	Соответствие

	микроскопа Освещение не менее 100 000 люкс на расстоянии 250 мм	
2.1.10	Оранжевый фильтр	Наличие
2.1.11	Диафрагма для осветителя	Наличие
2.1.12	Управление всеми функциями микроскопа (изменение увеличения, управление освещением, фильтрами, камерой) находятся на оптическом блоке микроскопа	Соответствие
2.1.13	Тубус с регулируемым углом наклона	Не менее 0-180 ⁰
2.1.14	Функция смещения оптической оси микроскопа относительно положения тубуса	Не менее 52 ⁰
2.1.15	Встроенная в оптический блок (без дополнительных переходников и адаптеров) Full HD фото\видеокамера	Наличие
2.1.16	Разрешение видеокамеры	Не менее 1080p
2.1.17	Разрешение фотографий	Не менее 10 Мпкс
2.1.18	Встроенный порт SD карт для записи фото/видео	Наличие
2.1.19	Запись видео на встроенную SD карту памяти (без подключений к внешним устройствам) в формате Mpeg4	Наличие
2.1.20	USB порт для передачи полученных изображений	Наличие
2.1.21	Вывод «живого» изображения на внешние устройства при помощи HDMI кабеля	Соответствие
2.1.22	Запись фотографии в формате JPEG.	Наличие
2.1.23	Управление камерой при помощи дистанционного пульта управления	Наличие
2.1.24	Встроенное меню камеры для настроек функций и просмотра сохраненных изображений и видеороликов	Наличие
2.1.25	Возможность выбрать крепление микроскопа (потолочное,настенное)	Наличие
2.1.26	Возможность заказать крепление микроскопа на независимую мульти- стойку для оборудования (микроскоп,рентген	Наличие

	трубка,монитор,столик для принадлежностей)	
2.1.27	Штатив микроскопа	Напольный, передвижной
2.1.28	Основание штатива	На 4-х колесах с тормозами
2.1.29	Размер основания	Не более 608x608 мм
2.1.30	Вынос оптического блока относительно штатива	Не менее 1775 мм
2.1.31	Нагрузка на выносную консоль	Не менее 4 кг
2.1.32	Ручные тормоза с плавной регулировкой тормозного усилия	Наличие
2.1.33	Высота микроскопа	Не более 1621 мм
2.1.34	Поворот выносной консоли относительно штатива	Не менее 360 град
2.1.35	Поворот оптического блока относительно выносной консоли	Не менее 310 град
2.1.36	Рабочая высота оптического блока в диапазоне	Не менее 814-1614 мм
2.1.37	Размер микроскопа в парковочном состоянии	Не более 1121x1621мм
2.1.38	Провод питания спрятан в выносную консоль	Соответствие
2.1.39	Дизайн микроскопа без кабелей и проводов для предотвращения скопления пыли	Соответствие
	Монтаж сертифицированной у производителя сервисной службой	Наличие
2.1.40	Возможность приобретения расширенной гарантии (до 5 лет)	Наличие

1. Общие требования

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств).

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- счет;
- счета-фактуры (в 2-х экземплярах);
- накладные на поставляемое оборудование (в 2-х экземплярах).

- сертификаты или декларация о соответствии или копии сертификатов, заверенные держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров выдавшим сертификат, либо товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат или регистрационный номер декларации о соответствии с сроком ее действия, наименование

изготовителя или поставщика (продавца) принявшего декларацию и орган, ее зарегистрировавший).

Документы, подтверждающие качество товаров, должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

В счете-фактуре, товарно-транспортной накладной обязательна ссылка на номер и дату договора, по которому осуществляется поставка товаров.

2. Срок поставки

В течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.

3. Условия оплаты

Оплата будет произведена по безналичному расчету по факту поставки, в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара, товарной накладной (УПД) и выставления поставщиком счета (счета-фактуры) на оплату.

4. Поставка и монтаж оборудования

Осуществляется по адресу: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 62В
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2», 1 этаж.

Товар должен доставляться в упаковке, предназначенной для транспортировки и хранения данного вида товаров, и обеспечивающей его полную сохранность. Упаковка поставляемых товаров должна быть без повреждений. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость поставляемых товаров.

5. Обязательные требования:

1. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности данного оборудования;
2. Обязательное требование – наличие РУ регистрационных удостоверений;

Техническое задание составил
Зав отделением платным
лечебно-профилактическим отделением



Нимаев А.Ж.